

PROCESSO Nº 004/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA

Para:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE BUÍQUE

DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL	Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli-Epp
CNPJ	07.776.581/0001-05
INSCR. ESTADUAL	582949547112
INSCR. MUNICIPAL	11756101
FONE/FAX	(016) 3636-4433
E-MAIL	licitacao@maxdiagnostica.com.br
SITE	www.maxdiagnostica.com.br
ENDEREÇO	Rua Jose da Costa Teixeira, 546 - Recanto das Flores - Ribeirão Preto – SP CEP: 14110-000
LICENÇA -ANVISA	PROCESSO: 25351.544456 /2016-04 AUTORIZ. MS: P217950X9XWI (8.14529.8)
DADOS BANCÁRIOS	Favorecido: Max Diagnóstica Ltda. CNPJ: 07.776.581/0001-05 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB/SICOOB) Agência: 3188 - Presidente Vargas Conta Corrente: 74680-0

REPRESENTANTE LEGAL inclusive para assinatura do contrato e outros documentos inerentes:

Sr. Hamilton Bianco, maior, capaz, nacionalidade: Brasileira, casado, comerciante, nascido(a) em: 12/08/1969, filho de Janete Bianco e Milton Bianco, portador(a) do RG: 16.753.100-1, expedido por: SSP-SP, inscrito no CPF sob o No. : 127.629.658-45, Residente à AV. Angelo Antonio Colafemina, 350 – Cond. Santa Angela – Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.110-000

TEL: (16) 3636-4433 - (16) 98111-6960

FAX:(16) 3636-4433

e-mail: licitacao@maxdiagnostica.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO: com velocidade de pipetagem de 160 testes fotométricos por hora; Até 72 posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; 60 posições simultâneas de cubetas de reação; Sistema automático que lava e seca as cubetas de incubação para reação;	01	Sinnowa MODELO: SX160	R\$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais)	R\$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais)



50 posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitam o uso de "micro tubos" ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Possui sensor na agulha pipetadora de amostras /reagentes, que indica com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; A agulha pipetadora possui sensor anti-impacto que evita a quebra da mesma em caso de toque em local indevido. Aceita amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomará a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possui Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permite interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade incluindo gráfico de Levey-Jennings e Regras de Westgard; A seringa de pipetagem é confeccionada com embolo/estoper em cerâmica de alta resistência, possibilitando precisão de aspiração a partir de 1µL de amostras; Possui filtros de onda com 10 comprimentos de onda diferentes, abrangendo o range de 340 até 800nm, Com possibilidade de adicionar mais 2 a escolher; Sistema totalmente "aberto" com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para 200 programações de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Será entregue com CPU (computador operacional); monitor; mouse e teclado, adequados ao modelo, para o perfeito funcionamento do equipamento. VOLTAGEM: Bi-Volt (100~240v) - automático Garantia de 12 meses;				
---	--	--	--	--



MARCA: Sinnowa – Modelo: SX160
Registro ANVISA/MS: 81452980003

Total da Proposta = R\$ 57.400,00
(cinquenta e sete mil e quatrocentos reais)

PRAZOS:

PAGAMENTO: 30 Dias após entrega definitiva.
ENTREGA: 30 dias após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a partir de sua apresentação.
GARANTIA PRODUTOS: Doze (12) meses.

DECLARAÇÕES:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

- no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas legais incidentes, bem ainda deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;
- temos plena ciência do conteúdo do Edital e Anexos, e que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.
- o produto está coberto por garantia on-site, por um período mínimo 01(hum) ano, a contar da data de instalação do(s) Equipamento(s) e deverá ser executada on-site, na localidade onde se encontrarem instalados, diretamente pelo licitante, ou por este através de sua rede de assistência técnica autorizada, nas condições descritas no termo de referência.

Ribeirão Preto-SP, 07 de janeiro de 2020.



Max Diagnostica Com e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli-Epp

CNPJ: 07.776.581/0001-05

Hamilton Bianco

CPF: 127.629.658-45 - RG: 16.753.100-1

Diretor Geral/Sócio - Representante Legal

07776581/0001-05
MAX DIAGNOSTICA COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE ARTIGOS
LABORATORIAIS EIRELI - EPP
Rua José da Costa Teixeira, 546
Distrito de Bonfim Paulista
Recanto das Flores - CEP 14110-000
RIBEIRÃO PRETO - SP



S O DE A FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ 26.889.181/0001-42

Insc est. 0703661-28

Insc mun. 3582582

Email: sd_distribuidora@hotmail.com

Garanhuns- PE

Telefone: (87) 3025-0632

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	CPAP: AUTO CPAP; POSSUI, RISE TIME: POSSUI, UNIDIFICADOR PERMANENTE: POSSUI, COMPENSAÇÃO: POSSUI, MÁSCARA NASAL: POSSUI, MÁSCARA FACIAL: POSSUI	Philips/Respironics	unidade	1	quatro mil e seiscentos reais	R\$4.600,00	quatro mil e seiscentos reais	R\$4.600,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO								R\$4.600,00
VALOR TOTAL								quatro mil e seiscentos reais

Validade da proposta : 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão;

Prazo máximo de entrega do objeto: 30(trinta) dias, contados a partir do recebimento da autorização de compra;

Declaramos que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas legais incidentes, bem ainda deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;

Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e Anexos, e que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.

Declaramos que o produto está coberto por garantia on-site, por um período mínimo 01(um) ano, a contar da data de instalação do(s) Equipamento(s) e deverá ser executada on-site, na localidade onde se encontrarem instalados, diretamente pelo licitante, ou por este através de sua rede de assistência técnica autorizada, nas condições descritas no termo de referência.

Buique, 28 de Janeiro de 2020

S O DE A FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ 26.889.181/0001-42

OPORTUNIDADE VMI: 000809^{*}
PROPOSTA VMI: 000928

Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Buíque

Maternidade Alcides Cursino

PREGÃO ELETRÔNICO No 004/2019

PROPOSTA COMERCIAL

1 - DENOMINAÇÃO DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: VMI TECNOLOGIAS LTDA

CNPJ: 02.659.246/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.862.693/00-45

ENDEREÇO COMPLETO: RUA PREFEITO ELISEU ALVES DA SILVA, 400 - BAIRRO/DISTRITO:
DISTRITO INDUSTRIAL GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA - LAGOA SANTA - MG - CEP:
33.400-000.

FONE e FAX: 31-3370-3750 – RAMAL 2005

E-MAIL: marcele.viegas@vmimedica.com.br

2 - DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: Marcelle Pereira Viegas

CPF: 101.100.426-70

RG: MG 16.725.959

3- DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Brasil – 001

AGENCIA: 3398-7

CONTA-CORRENTE: 33825-7



ITEM/ LOTE	MATERIAL	UNIDADE	QT.	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL - RS
3	<u>APARELHO DE RX - MÓVEL:</u> MARCA/FABRICANTE: VMI TECNOLOGIAS MODELO: AQUILA 320 S TIPO: RAIOS-X MÓVEL CONVENCIONAL REFERÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81583780002 O equipamento móvel AQUILA 320 S, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o <i>Estado da Arte</i> em equipamentos móveis para raios-x. Versatilidade, Leveza, Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do AQUILA 320 S um dos mais completos e modernos equipamentos móveis para raios-x em produção no mundo. Descritivo Técnico da Configuração Básica que compõem as partes principais do AQUILA 320 S: • Comando e Gerador • Dados Radiológicos • Painel de Operação/Console • Braço Porta-Tubo (articulado) • Conjunto Emissor de Raios-X • Colimador Luminoso • Acessórios • Comentários Gerais COMANDO E GERADOR: O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é	UNIDADE	01	125.000,00	125.000,00




realizado por IGBT's, resultando em potencial constante com baixíssimo *ripple*.

Dispondo de tecnologia **Ressonante** de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBT's e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos.

Desenvolvido pelo grupo de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da VMI de forma pioneira no mundo, a tecnologia da geração de raios-x com alimentação através de banco capacitivo proporciona alto desempenho, estabilidade elétrica, onde é possível obter uma alta performance e qualidade radiológica em tomada simples de três pinos de 2 kV (sem necessidade de rede especial), possibilitando sua utilização em todos os setores de um hospital: leitos, bloco cirúrgico, enfermaria, CTI dentre outros.

- Potência do gerador: 35,2 kW.
- Alimentação 110/115/127/220/230 Vca (mono ou bifásico) selecionada na instalação.
- Compensação da rede elétrica $\pm 10 \%$ da tensão nominal.

DADOS RADIOLÓGICOS:

- Faixa de Variação de kV's: 40 a 125 com incrementos 1 kV.
- Faixa de corrente radiográfica de 20 a 320 mA.
 - Foco Fino: 20/50/100/140 mA programáveis.
 - Foco Grosso: 200/250/320 mA programáveis.
- Tempo de exposição conforme serie R20.
- Variação da faixa de mAs: 0,08 a 320 mAs.
- Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios-x.
- Sistema inversor de frequência do gerador com tecnologia ressonante para maior




	vida útil do gerador, tubo de raios-x e redução de ruídos na rede elétrica. • Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBT's. • Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios-x. • Comutação automática dos focos fino e grosso. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE: PAO - Programa Anatômico de Órgãos com 272 técnicas pré-programadas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Ao usuário é permitida a gravação de novas técnicas radiográficas. A temperatura interna no conjunto emissor de raios-x é informada em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de raios-x, evitando assim os bloqueios de superaquecimento. • Indicação numérica do aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU's; O equipamento móvel AQUILA 320 S disponibiliza um sistema em tempo real para detecção automática de eventuais falhas com proteção eletrônica redundante. As falhas são indicadas no painel e um alarme sonoro, visual e ativado o bloqueio da emissão dos raios-x. Um código da falha é indicado no painel. Principais proteções: • Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). • Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. • Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. • Tempo de exposição acima do permitido. • Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs).			
--	--	--	--	--



- Indicação digital dos parâmetros KV, mA, Tempo e mAs.

BRAÇO PORTA-TUBO PANTOGRÁFICO:

- Movimentos na horizontal, vertical e rotação lateral do braço.
- Deslocamento Vertical do Braço: 140 cm
- Rotação da coluna: $\pm 45^\circ$
- Rotação do Tubo de Raios X: $\pm 120^\circ$
- Inclinação do Tubo de Raios X: 105° ($90^\circ / -15^\circ$)
- Altura com o braço na posição de máxima extensão: 220 cm
- Altura (base inferior da unidade de raios-x) na posição de transporte: 40 cm
- Freios mecânicos de posicionamentos.

CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X:

- Tubo de Raios-X: 125kV
- Capacidade de acumulação de calor (térmica) do anodo giratório de 200 Khu.
- Pontos focais com valores nominais: 0,6 mm para foco fino e 1,5 mm para foco grosso.
- Potências focais: foco fino 18,7 kW e foco grosso 50 kW.
- Alta rotação do anodo: 3.200 RPM.
- Capacidade de acumulação de calor (térmica) do conjunto: 900kJ (1250 Khu) em condição ambiental padrão.
- Par de cabos de alta tensão com isolamento nominal de 150kV.

COLIMADOR LUMINOSO:

- Ajustes da área a ser irradiada através de botões giratórios.
- Lâminas planas ajustáveis para corte em profundidade.
- Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada com indicador de centralização.

Ob



- Acionamento da lâmpada de 100 W com temporizador eletrônico de 30 s e desligamento automático.
- Filtração inerente de 1,8mm Al.
- Proteção para até 150 kV;
- Trilho para filtros adicionais e cones radiográficos.
- Rotação de -180° a +180°;

COMENTÁRIOS GERAIS:

- Peso: 200 ± 10 Kg.
- Largura: 60 cm
- Comprimento na posição de transporte: 160 cm
- Altura da base: 10 cm
- Bandeja com capacidade para 8 porta cassetes/detectores nos tamanhos 35 cm x 43 cm ou 43 x 43.
- Movimentos:
 - Duas rodas dianteiras.
 - Duas rodas traseiras.
 - Freios de acionamento individuais (esquerda e direita).
 - Pedal para inclinação facilitador de transposição de obstáculos: 60 mm
 - Cabo de alimentação de 5 M.
 - Disparador de 2 estagios com cabo de 5 M
- Classificação de Risco III.

VALOR TOTAL: R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS).

125.000,00

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão;

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da autorização de compra;

Local de Entrega: Unidade de Saúde, Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Buíque, localizado na Av. Jonas Camelo de Almeida, nº 191, Centro, Buíque/PE, de Segunda a Sexta das 09 às 16 horas, mediante agendamento de no mínimo 1 (um) dia de antecedência.

Prazo de Garantia: 01(hum) ano, a contar da data de instalação do(s) Equipamento(s);




A garantia dos equipamentos, objeto deste instrumento, para serviços, peças e componentes e de 01(hum) ano, a contar da data de entrega dos equipamentos e será executada on-site, na localidade onde se encontrarem instalados, através de nossa rede de assistência técnica autorizada;

A garantia irá cobrir a reposição de peças e serviços, não cabendo a Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância de Buíque, nenhum ônus adicional pela prestação dos serviços, tais como: transporte, pessoal, diárias, despesas com remoção dos equipamentos, ou quaisquer outros custos, ainda que não discriminados.

Declaramos que a empresa **SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA**, CNPJ: 07.146.768/0001-17, sediada à Rua Nadir de Medeiros, 255 Bairro: Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.410-110, através do telefone: (81) 3343-1033 e endereço eletrônico: rosa.helena@servimagem.com.br, será a responsável pela prestação de Assistência Técnica Autorizada de fábrica no Estado de Pernambuco, localizada na Região Metropolitana do Recife, Estado de Pernambuco, durante toda a vigência do prazo de garantia.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa;

Declaramos a responsabilidade por todas as transações que forem efetuadas em nosso nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras nossas propostas e lances bem como os atos praticados diretamente ou por nosso representante, não cabendo a Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Buíque ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

Declaramos que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas legais incidentes, bem ainda deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;

Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e Anexos, e que atendemos a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.

Declaramos que o produto está coberto por garantia on-site, por um período de 01 (hum) ano, a contar da data de instalação do(s) Equipamento(s) e será executada on-site, na localidade onde se encontrarem instalados, através de nossa rede de assistência técnica autorizada, nas condições descritas no termo de referência.

Declaramos fornecer, todos os produtos da forma como exigido neste Termo de Referência;

Declaramos que o prazo de entrega do objeto contratado NÃO excederá à 30 (trinta) dias após o recebimento da autorização de compra.

